Rotator Cuff Tendinopathie:

Protocol	Druk	Frequentie	Pulses	Transmitter
Pijnlijke punten	1.5 – 3.0 bar	5-12 Hz	1500-2500	15R – 15D
Detonisatie	2.0 – 3.0 bar	15-20 Hz	2000	20R
V-actor massage	2.0 – 3.0 bar	20-35 Hz	3000-5000	25V

Epicondylitis:

Protocol	Druk	Frequentie	Pulses	Transmitter
Pijnlijke punten	1.5 – 3.0 bar	5-12 Hz	1500-2500	15R – 15D
Detonisatie	2.0 – 3.0 bar	15-20 Hz	2000	20R
V-actor massage	2.0 – 3.0 bar	20-35 Hz	3000-4000	25V

Tendinopathie Patella / Jumpers Knee:

Protocol	Druk	Frequentie	Pulses	Transmitter
Pijnlijke punten	1.6 – 2.6 bar	10-15 Hz	1500-2500	15R
Detonisatie	2.0 – 3.0 bar	15 Hz	2000-2500	20R
V-actor massage	2.0 – 3.0 bar	20-35 Hz	3000-5000	25V

Plantaire Fasciopathie:

Protocol	Druk	Frequentie	Pulses	Transmitter
Pijnlijke punten	1.6 – 2.5 bar	10-15 Hz	2000	15D – 15R
Detonisatie	2.0 – 3.0 bar	15 Hz	2000	20R
V-actor massage	2.0 – 3.0 bar	28-35 Hz	3000-4000	25V

Achillespees Tendinopathie:

Protocol	Druk	Frequentie	Pulses	Transmitter
Pijnlijke punten	1.8 – 3.0 bar	12 Hz	1500-2000	15D – 15R
Detonisatie	2.0 – 3.0 bar	15 Hz	2000	20R
V-actor massage	2.0 – 3.0 bar	28-35 Hz	3000-5000	25V

MTSS:

Protocol	Druk	Frequentie	Pulses	Transmitter
Pijnlijke punten	1.5 – 5.0 bar	8-12 Hz	1500-2500	15R – 15D
Detonisatie	2.0 – 3.0 bar	15 Hz	2000	20R
V-actor massage	2.0 – 3.0 bar	20-35 Hz	3000-5000	25V

Trochanter Pijnsyndroom:

Protocol	Druk	Frequentie	Pulses	Transmitter
Pijnlijke punten	2.0 – 4.0 bar	8-15 Hz	2000-3000	15R – 15D
Detonisatie	2.0 – 3.0 bar	15 Hz	2000-2500	20R
V-actor massage	2.0 – 3.0 bar	20-35 Hz	3000-5000	25V